

شروع

تحويل گرفتن پسماندهای بخش ها و واحد ها از پرسنل خدمات با شرایط استاندارد توسط اپراتور دستگاه امحاء پسماند

توزین میزان پسماند ها و ثبت در فرم توزین پسماند توسط اپراتور دستگاه امحاء پسماند

روشن کردن دستگاه جهت آماده سازی (بالا آمدن دما و فشار بخار تا حد مورد نظر) جهت شروع به کار توسط اپراتور دستگاه امحاء پسماند

آیا دستگاه آماده به کار می باشد؟

بله

خیر

پیگیری رفع مشکل تا کسب اطمینان از عملکرد دستگاه توسط اپراتور دستگاه امحاء پسماند

بارگذاری دستگاه با پسماندهای عفونی و تیز و برنده در هر سیکل توسط اپراتور دستگاه امحاء پسماند

کسب اطمینان از عملکرد دستگاه با قراردادن تست کلاس ۶ در هر سیکل کاری و قراردادن تحت بیولوژیک اسپو به در پایان هر هفته توسط اپراتور دستگاه امحاء پسماند

ثبت پارامترهای دستگاه در پایان هر مرحله بی خطر سازی و نگهداری اندیکاتور کلاس ۶ در دفتر مربوطه به صورت روزانه و اندیکاتور بیولوژیک به صورت هفتگی توسط اپراتور دستگاه امحاء پسماند

تخلیه پسماند بی خطر شده در کیسه های مخصوص و برچسب گذاری (ذکر تاریخ و شیفت کاری) توسط اپراتور دستگاه امحاء پسماند

قراردادن کیسه ها در بین مخصوص زباله غیر عفونی توسط اپراتور دستگاه امحاء پسماند

تحويل پسماند ها به ماشین حمل زباله شهرداری جهت حمل به جایگاه دفن پسماند توسط اپراتور دستگاه امحاء پسماند

پایان

نوع فرایند : اصلی مدیریتی پشتیبانی ✓

متولی فرایند :

واحد امحاء پسماند

صاحبان فرایند :

واحد امور عمومی - واحد امحاء پسماند - واحد بهداشت محیط

ورودی فرایند :

پسماند عفونی - پسماند تیز و برنده

خروجی فرایند :

پسماند عفونی و تیز و برنده امحاء شده - فرم تکمیل شده اظهارنامه بی خطر سازی پسماند عفونی و تیز و برنده

شاخص پایش : میزان بی خطر سازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده

تاریخ تنظیم سند : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

آخرین تاریخ بازنگری سند : -